

MONOFLAMENT NON- ABSORBABLE POLYPROPİLENE SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAPISAL ÖZELLİKLER


1. Cerrahi suture sentetik monofilament absorbe olmayan **Polypropilene**'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Suture mavi veya renksiz olmalıdır.
3. Sterilizasyonu Etilen Oksit ile yapılmalıdır. Sutureler tek tek steril paketlerde olmalıdır.
4. Absorbe olmamalı, vücutta reaksiyon göstermemelidir.
5. Polypropilen ipliklerinin düğüm güvenliğini artırmak için, suture düğüm güvenliği yüksek olmalıdır. Bu özelliğini istendiğinde broşür veya belge ile kanıtlayabilmelidir. Düğümler kolay açılmamalı ve suture tiftiklenmemelidir.
6. Kahlıkları, mukavemetleri, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisi standartlarına uygun olmalıdır.
7. Suturelar paketten çıktığında sutureün paket hafızası minimum olmalıdır.

İĞNE ÖZELLİKLERİ

1. İğneler paslanmaz çelikten üretilmelidir.
2. Sentetik monofilament cerrahi ipliklerin iğneleri çoklu geçişlerde operasyon boyunca dokudan geçiş performansını kaybetmemelidir. İğnelerde çoklu geçişlerde bükülme, kırılma olmamalıdır.
3. Suture ambalajı suture cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacı ile uluslar arası renk tonlarında olmalıdır.
4. İğnelerin, dokuyu travmatize etmemesi için yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken direnç göstermemelidir. İğne keskinliğini, sivrilliğini operasyon süresince devam ettirmelidir.
5. Cerrahi suture; istenmeyen yön değişikliğine neden olmadan portegüde stabil kalmalı, iğne her açıdan sorunsuz kavranmalı ve iğnenin güçlü kavranması için portegü ile temas eden yüzeyleri yiv ve/veya kare gövdeye sahip olmalıdır.
6. İğne ile suture çapı birbirini orantılmalıdır; iğnenin dokuda yaptığı delik çapı suture kalınlığından daha geniş olmamalıdır. Dokulardan geçişlerde sızıntıyı engellemek için iplik uzunluğu boyunca çap değişikliği minimum olmalıdır.
7. Suture ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemelidir. İğne suture çapı 1:1 olmalıdır.
8. İğne suture birleşim noktaları bire bir uyumlu olmalı kullanım anında bu noktadan kopma yapmamalıdır. Suture iki ucundan çekildiğinde kopmamalıdır.
9. İğne boyu için +/- 1 mm tolerans tanınmalıdır. Suture uzunluğunda +/- % 10 tolerans tanınmalıdır.

AMBALAJ ÖZELLİKLERİ

1. Suture ambalajı suture cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacı ile uluslar arası renk tonlarında olmalı ve aynı renk iç makara üzerinde de bulunmalıdır.
2. İplik paketten çıkartılırken rahat çıkması için özel sistem ile pakete yerleştirilmiş olmalı, suture paketinden çıktığında düz bir yapıda olmalı ve çıkartma esnasında düğüm olmamalıdır.
3. Suture sterilitesini bozmamak için iç ve dış kulakçıklar kanatlarından tutularak açılacak şekilde olmalıdır. Ürün ambalajı açıldığında suture steril sahaya kolayca düşecek, ambalajda yapışıklık ve zor açılma durumu olmayacaktır.
4. Suture ambalajının kullanım esnasına kadar su, nem, ısı ve ışıktan sterilitesini koruyabilmesi için dış ambalajı: soyulabilir özellikli alüminyum folyo veya bir yüzü şeffaf diğer yüzü su ve nem geçirmeyen, yırtılmayan kağıt; iç ambalajı soyulabilir alüminyum folyo veya blister/plastic/karton olmalıdır.



5. Ambalaj, strn kıvrılmasını engelleyecek, su ve nem geirmeyecek maddeden imal edilmiř olmalıdır.
6. Kutu ambalaj ierisinde rne ait Trke prospekts olmalıdır.
7. Birim ambalajı (kutu,pořet) zerinde okunaklı , imalatı firmanın ticari adı veya kısa adı,filament cinsi ięne cinsi,ięne adedi ve ięne boyu (mm olarak),son kullanma tarihi,sterilizasyon řekli,lot numarası,str kalınlıęı,strn uzunluęu,I/I oranında ięne boyu ve ięne tel kalınlıęı grsel olarak grlebilir,okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.
8. Her pořet zerinde metrik sisteme gre l ve USP karřılıęı, rn katalog numarası,rn tanıtımı,renęi,yapısı ve sterilizasyon řekli baskılı olmalıdır. Bu bilgiler yapıřtırma etiket olmamalıdır.
9. Steril sahaya aılan her pořet zerinde dięer malzemelerle karıřmaması iin kutu zerinde yazan bilgiler, yer almalıdır.(Steril alana partikl dřmemesi ve bilgi kaybına yol amaması iin yapıřtırma etiket olmamalıdır.)
10. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2- 3 yıl miadlı olmalıdır.
11. Firma miadın dolmasına 3 ay kala kullanılmamıř rn deęiřtirmeyi taahht etmelidir.
12. Ihaleye giren firmalar, teklif verdikleri her kalem iin orijinal bir (1) kutu (minimum 12 adet) numuneyi istem yapan klinięe teslim etmeli ve sutur denendikten sonara onay almalıdır.
13. rn teslimi sonrasında rnler arasında kalite ve standart farklılıkları ortaya ıkarsa, ilgili partinin/kutunun test ve inceleme masrafları firma tarafından karřılanacaktır. Firma sonulara gre sorunlu rnleri deęiřtirmekle ykmldr.
14. rnle ilgili yařanabilecek herhangi bir sorunda rnn takip edilebilmesi ve gerekli nlemlerin alınabilmesi iin rn lot numarası ambalajda olmalıdır.
15. Teklif veren firma teklif ettięi malzemelerin UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

Prof.Dr. Omer 
Kalp Damar Cerrahi ABD
Bařkan