


SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
1	SÜTÜRSÜZ KAPSÜL GERME HALKALARI	20	adet	GZ1069	291
2	SÜTURLU KAPSÜLER GERME HALKASI(CIONNI)	10	adet	GZ1070	47512
3	23 G AKTİF PASİF BACKFLUSH SOFT TİP	10	adet	GZ1148 (1652)	5968


Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

23 G AKTİF PASİF BACKFLUSH SOFT TİP

1. Steril abalajında 23 g tek kullanımlık olmalıdır.
2. Doku hemorajilerinde kullanılmak amaçlı yapılmış olmalıdır
3. Aspirasyon ve backflush kontrolü doktor tarafından yapılmaya uygun olmalıdır
4. Hem aktif hem de pasif aspirasyona uygun tasarlanmış olmalıdır.
5. Aktif kullanım için hastanemizde bulunan Constellation cihazı hortum sistemine uygun port içermelidir.
6. Pasif kullanım için setin içinden tıpa çıkmalıdır.
7. Mavi silikon uçlu olmalıdır.
8. Ürün tek parça ve 23 G olduğunu belirten renk kodu olmalıdır
9. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
10. Ürünün üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
11. Ürünün nereden güvenle açılabileceğini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
12. Teslim tarihinden itibaren 18 ay miatlı olmalıdır.
13. Sağlık Bakanlığı ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 139161


KAPSÜLER GERME HALKASI (CİONNİ DEĞİŞİMLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapsül germe halkası kristalin lens içine kapsül içi yerleştirilmek üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Kapsül germe halkası lens zonüller yetmezliği giderebilmek üzere üretilmiş olmalıdır.
3. Kapsül germe halkası PMMA materyalden oluşmalıdır.
4. Kapsül germe halkası farklı çaplarda üretilmiş olmalıdır.
5. Kapsül germe halkası uluslar arası standartlarda üretilmeli ISO 2001 standartlarına uymalıdır.
6. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.
7. Gerek görüldüğü zaman Cionni tip sağ veya sol veya iki özelliği birden kapsayan skleraya fikse edilebilen kapsüler ring ile birebir ücretsiz değişim istenebilmelidir.
8. Sağlık bakanlığı ÜTS ve UBB'de kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes.No:130161

SÜTÜRSÜZ KAPSÜL GERME HALKALARI

1. Kapsül germe halkası kristalin lens içine kapsül içi yerleştirilmek üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Kapsül germe halkası lens zonüller yetmezliği giderebilmek üzere üretilmiş olmalıdır.
3. Kapsül germe halkası PMMA materyalden oluşmalıdır.
4. Farklı ebatları arasında değişim yapılabilirdir.
5. Kapsül germe halkası farklı çaplarda üretilmiş olmalıdır.
6. Kapsül germe halkası uluslar arası standartlarda üretilmeli ISO 2001 standartlarına uymalıdır.
7. Sağlık Bakanlığı UBB VE ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.


Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes.No:130161