

Mezoterapi İğnesi

1. Mezoterapi uygulamaya uyumlu olmalıdır.
2. Bir kutu içinde 100 adet şeklinde olmalıdır.
3. Steril paket içinde olmalıdır.
4. İğne formları 32G x 6mm şeklinde olmalıdır.
5. İğne non-pyrogenic olmalıdır.
6. İğne tek kullanımlık olmalıdır.
7. İğne intradermal uygulamalarda kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.
8. İğne paketi üzerinde LOT, REF ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
9. CE sertifikasına sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Cemal BİLAL
Manisa Ç. M. Elaylı, T.F.
Dermatoloji A. B.
Diy. Tes. No: 109706
Uzm. Mes. No: 65522

05.01.2023