

Teknik Şartname

Laboratuvar Krikosu

- Krikonun tabla boyutu 200 x 200 mm ebadında olmalıdır.
- Taban ve tabla malzemesi anodize edilmiş, korozyona dayanıklı alüminyumdan olmalıdır.
- Makas sisteminde paslanmaz çelik malzeme kullanılmalıdır.
- Ürünün yükseklik kontrol mekanizması yumuşak ve kesintisiz hareket sağlamalıdır.

