

### **Sekonder Kit Teknik Şartnamesi**

1. Primer olarak kullanıma uygun olmalıdır.
2. Mouse, rabbit ve goat monoclonal ve poliklonal primer antikorlarına spesifik olmalıdır.
3. 1250 slaytlik olmalıdır.
4. Ultra V Block içermelidir.
5. Biotinlenmiş sekonder antikor içermelidir.
6. Streptavidin içermelidir.
7. Kit ile birlikte ayrıca AEC Kromojen kiti temin edilmelidir.

### **Trypsin Teknik Şartnamesi**

1. İmmunohistokimyasal boyamada kullanıma uygun olmalıdır.
2. Malzemeler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
3. 1250 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

### **Citrate Buffer Teknik Şartnamesi**

1. Solüsyonun pH 6.0 olmalıdır.
2. 500 ml lik ambalajlarda 10X konsantre olmalıdır.
3. Formalin fixe, parafine gömülü doku kesitlerinde immunohistokimya çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Orijinal ambalajında etiketli olarak teslim edilmelidir.

### **AEC Substrate**

1. İmmunohistokimyasal, in situ hibridizasyon, western çalışmalarına uygun olmalıdır.
2. Ürün kullanıma hazır olmalıdır.
3. Peroxidaz enzim çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Anti-Mouse IgG (H+L) ve anti-Rabbit IgG (H+L) spesifik olmalıdır.
5. Ürün en az 1250 test için kullanıma yeterli olmalıdır.
6. Kit soğuk zincir koşullarına uygun teslim edilmelidir.