

HASTA OPERASYON ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(KISA VE UZUN KOLLU)

1. Önlükler non-woven kumaşları tek kullanımlık üretilmiş olmalıdır.
2. Kolların malzemesinin ağırlığı 50gr/m² olmalıdır.
3. Önlükler bakteri geçirilmez antimikrobiyal antibakteriyel özellik taşıyan ve gösterme ve malzemenin mal edimini olmalıdır.
4. Önlük kumaşı dığün nefes almasını sağlamalıdır, ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını emmeden ortamdaki uzaklaştırarak ve alta geçişine izin vermeyecek şekilde (fluid repellent) olmalıdır.
5. Önlüklerin yakalı arkadan ayarlanabilirliği ile kapatılabilirliği ve bel hizasından itibaren kısıtlı bağlanabilirliği olmalıdır.
6. Önlüğün boyun bölgesi beyaz renkte olmalıdır.
7. Kolları hareket etmeyi sağlayacak genişlik ve standart uzunlukta olmalıdır.
8. Uzun kollu önlüklerde kol ucu mansetli ya da lastikli olmalıdır.
9. Boyu en az 120 cm, kol boyu en az 60cm olmalıdır.
10. Dikişleri sağlam yapıda olmalıdır.
11. Önlükler non-steril tekli jelatin poşet içinde tek tek paketlenmiş olmalıdır.
12. Paket üzerinde üretici firma bilgileri yazılı olmalıdır.
13. Paketler üzerinde beden etiketi olmalıdır.
14. İstenilen boyda ve bedende üretilmektedir.
15. Teklif veren firma denemek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.
16. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
17. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
18. Ürünün USB ve UTS kaydı olmalıdır.

HASTANE İÇİ
SALONU
15.05.2024