

PİSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

Merkezi Laboratuvar Tıbbi Biyokimya Birimi ihtiyacı olan **30** adet 500 ml hacimli dar boyunlu şeffaf piset ihtiyacını karşılamak üzere bu teknik şartname hazırlanmıştır.

1. Dar boyunlu şeffaf, yarı sert ve çok şeffaf polietilenden üretilmiş olmalıdır.
2. Kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı köşelere sahip olmalıdır.
3. Sıvı akışını kolaylaştırması için yuvarlatılmış boyun formuna sahip olmalıdır.
4. Gövdeye uygulanacak hafif bir basınç ile esnek sıvı çıkış borusu düz ve ince sıvı akışını sağlamalıdır.
5. Sıvı çıkış boru ucu kesilerek akış hızı isteğe göre artırılabilir olmalıdır.
6. Malzemenin UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

Doç. Dr. Yesim Güvenç DEMİRAĞCI
M.C.S.Ü. Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya A.D.
Dip. Teş. No: 10711-33547