

AKILLI OTOMATİK BATARYALI ENDOSKOPIK LINEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 60 MM – SİYAH KARTUŞ

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60 mm, kesi uzunluğu 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zımba yüksekliği 1.9-2.1-2.3 mm olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eni en çok 3mm, açık bacak uzunluğu 4.1-4.4-4.7 mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı en fazla 0.2mm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesici kartuşunda zımba teli 88 adet olmalıdır.
9. Endoskopik lineer kesici kartuşunun ameliyat esnasında karışıklığa neden olmaması için renkleri görünür olmalıdır.
10. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımba koruma kını , zımbalar, zımba sürücüleri, kartuş gövdesi, bıçak ve kullanıcının kartuşu kolay çıkarabilmesi için kartuş çıkarma aparatı olmak üzere altı kısımdan oluşmalıdır.
11. Kavisli ve ulaşılması zor dokularda dokuya zarar vermemek için akıllı otomatik staplerin kıvrık uçlu aparat takılarak kıvrık uçlu akıllı otomatik bataryalı staplere dönüştürebilir olmalıdır.
12. Minimal invaziv uygulamalarda kullanılabilmesi için tüm kartuş renkleri 12mm'lik trokar ile kullanıma uygun olmalıdır.
13. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımbaları düzgün B formasyonu oluşturabilmesi için titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
14. Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
15. Endoskopik ameliyatlarda her ateşleme sırasında dokuyu düzgün kesebilmesi için kesme işlemini gerçekleştiren bıçak kartuşun üzerinde olmalıdır.
16. Kartuş staplere uyumlu olmalıdır. Siyah kartuş 12 mm trokardan geçebilmelidir.
17. Her 40 Kartuşa uyumlu 1 adet akıllı otomatik bataryalı stapler bedelsiz verilecektir.

MANİSA
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Demet YALCIZ
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip. No:7553 Dış. Tes. No:79943