

BRILLIANT BLUE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Steril tek ambalaj, 5 ml enjektör veya 1 ml flakon içinde olmalıdır.
3. Herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmadan (sulandırmadan, hava ve sıvı desteğine ihtiyaç duyulmadan) kullanılmalıdır.
4. İLM, ERM ve PVR membrane boyuyabilmek, soyabilmek, kaldırabilmek için formülize edilmiş olmalıdır.
5. SAĞLIK BAKANLIĞI UBB ve ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.