

HASTA KOL BANDI (Anne-Bebek)

- 1.Kullanılan malzemenin solunum sistemine, göz, cilt v.s.yan etkisi olmamalı,
- 2.Ürünün (kol bağının) bileşimleri kimyasal olarak antialerjik yumuşak PVC malzemeden imal edilmiş olmalı,
- 3.Kenarları tahriş edici olmamalı,
- 4.Hafif ve yumuşak olmalı, hassas ciltlere zarar vermemeli,
- 5.Uzun zaman kullanıldığında akut ve kronik herhangi bir etki yaratmamalı,
- 6.Anti-alerjik olmalı,
- 7.Hasta kol bandının uzunluğu anne için 25 cm genişliği 2,5 cm, bebek için 15,3 cm olmalı,
- 8.Her ikisinde de barkot koymak için 2,5 cm-3,0 cm genişliğinde ve 7,5 cm boyunda cep olmalı,
- 9.Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su, vücut sıvısı, kan, amonyak, çamaşır suyu gibi malzemelerden etkilenmemeli,
- 10.Hasta kol bantları tek kullanımlık olmalı çıt çıtları kilitledikten sonra açılmamalı,
- 11.Bilek genişliğine göre ayarlanabilir olmalı,
- 12.Kilitleme işlemi için kullanılan delik sayısı yeterli miktarda olmalı, delikler arasında uygun mesafe olmalı,
- 13.Sağlık Bakanlığı tebliğinde belirtilen renkler ile mavi ve pembe renk seçenekleri olmalı,
- 14.Anne-Bebek Kol Bantları üzerinde aynı seri numarası olmalı, seri numaralar kesinlikle silinmemeli yedeğiştirilememeli,
- 15.Anne-Bebek Kol Bantları birbirine bitişik olmalı, kullanım esnasında birbirinden kolayca ayrılmalıdır.

Prof. Dr. Yıldız İYAR

MCÜ Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Dip.No: 6768 Tescil No: 64222