

## AZ 26 PRİNTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 150 adet olmalı.
2. Interacoustics AZ26 cihazı ile uyumlu olmalı.
3. 112\*50\*12:25m. ölçülerinde olmalı.
4. Kağıdın bitmek üzere olduğunu gösteren işaret olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Burak ÖLKÜMEN  
KBB Hastalıkları Uzmanı  
Celal Bayar Üniv. Tıp Fak.  
Dip No: Tesc. No: 65821-104495  
Diy. No: 60005093