

## YATAK KORUYUCU (HASTA ALTI BEZİ) 60 X 90 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 ( üç ) bölümden oluşmalıdır.
2. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalı
3. Orta tabaka selüloz olmalıdır.
4. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Woven materyelden olmalıdır.
5. Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm ( ± 2 cm ) ebatlarında olmalıdır.
6. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antialerjik yapıda olmalıdır
7. Tek kullanımlık olmalı.
8. Dokusu düzgün olmalı ve ıslanmalarda topaklanmamalıdır
9. Sızdırmaz özelliğe sahip, bariyerli olmalıdır.
10. Dayanıklı olmalı ve kolay yırtılmamalı, kopmamalıdır.
11. Bantsız düz örtü şeklinde olmalıdır
12. En az 10 luk paketler halinde olmalı.
13. Üretici firmada CE belgesi olmalıdır.
14. Teklif veren firma denemek üzere 3 ( üç ) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
15. Numunelerden şahit numune olarak saklanacaktır.
16. Ürünün mutlaka UBB -UTS kaydı olmalıdır.

Bahar ERDELİCANLI  
Sağlık Uzmanı