

## GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kateter iki lümenli olup, hemodiyaliz tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile yetişkin için; femoral vene, subclavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
2. Kataterin yapıldığı malzeme (flexi-smooth) poliüretandan olmalı, vücut sıcaklığında yumuşamalı ve uç kısmı yumuşak vücuda zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
3. Kateterin yetişkin için çapı; 11-14Fr aralığında ve uzunluğu; 16-20cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Katater gövdesi 180 derece kıvrıldığında kink olmamalıdır.
5. Kateterler kit halinde bulunmalıdır ve kateterin bulunduğu kit içinde yetişkin için; istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri, kateter kalınlığı ile uyumlu en az 1 adet dilatör, 1 adet kateter uzunluğu ile uyumlu kılavuz tel,1 adet 17G veya 18G introducer giriş iğnesi, 2 adet luer-lock koruma kapağı bulunmalıdır.
- 6.Çift lümenli kateterin üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp, klemp; beyaz renkte ise arter yolu için kırmızı ven yolu için mavi konnektörler bulunmalıdır. Ayrıca lümen üzerinde kateterin boyu, uzunluğuda yazılı olmalıdır.
- 7.Kataterin dolum hacimleri lümen, klemp üzerinde belirtilmelidir.
- 8.Kateterin cilde tespitini sağlayacak sutur delikleri olmalı 360 derece dönebilmelidir. 4.Lümeden kıvrık (M şeklinde) olmalıdır.
- 9.Sterilizasyon yöntemi, son kullanım tarihleri ve kateterin uygulaması ve kullanımı ile ilgili bilgilerin üzerinde veya ayrıca bulunmalıdır. Sterilizasyon geçerlilik süresi ambalaj teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- 10.İhaleye iştirak eden firmalar ihaleden önce teklif edilecek malzemelere ait dökümanlar ve numuneleri 5 gün önce üniteye teslim edeceklerdir.
- 11.Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
- 12.Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan firma sorumludur. Malzemeler firma sorumlusu eşliğinde hastane deposuna teslim edilmiştir.
- 13.Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.
- 14.Teklif edilecek UTS'ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifinde sunulması gerekmektedir.
- 15.Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmaktadır.

Doç. Dr. Aysun TORAMAN  
CBÜ. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD  
Nefroloji BD  
Dip Tescil No: 93482