

Kilitli Eksternal-İnternal Bilier Drenaj Kateteri Şartnamesi

Sut kodu : GR1222

- Eksternal-internal bilier drenajı sağlamak için distal ucunda ve orta kesiminde drenaj delikleri bulunmalıdır
- Metal stiffeneri bulunmalıdır.
- Yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır.
- Kateter materyali yumuşak polyürethanedan yapılmış olmalı , bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımaktadır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırılmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir).
- Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri geniş olmalıdır, pigtail ucunda 4 gövde üzerinde en az 6 adet geniş delik bulunmalıdır. (Büyük ve iç yüzeyden delikli kateterler tercih sebebi olacaktır)
- Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir.
- 0.038inch kılavuz tele uygun olmalıdır.
- Kateter uzunluğu 35-50 cm civarında olmalıdır.
- Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır.
- Kateterin 8-12 F arası kalınlıkta değişik çaplarda seçenekleri olmalıdır.
- Bölümün talebine göre alınacak kateterlerin çapları belirlenecektir.
- Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.