

STİMULUS ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünler 2'li ambalajlarında olmalıdır.
- ECT Cihazı'nın stímulus işleminde kullanım için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
- Çok özel ince akım kabloları ve girişi olmalıdır.
- Mevcut ECT Cihazı ile direkt kullanılabilir, Tedavi kablosuna direkt takılmalıdır.
- Empedans düşürücü jel ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.
- Yüzey "Adhesive Hydrogel" olmalıdır.
- CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
- Tek kullanımlık olmalıdır.

Prof. Dr. Arzu Fer CEYECİ
Marmara Üniverzitesi
Fizyoterapi ve Akıl Hastalıkları
Dip.Nörofiz. Fer-Nörofiz. 61335