

PERFLORODECALİNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Vitrektomi ameliyatlarında kullanılmak için üretilmiş olmalıdır.
- 2- Ürün saydam ve renksiz olmalıdır.
- 3-Steril tekli paketler halinde 5 ml şişeler halinde hazırlanmış olmalıdır. Bir şişede 5 ml'den az olan paketler kabul edilmeyecektir.
- 4-ürün %100 pürifiye olmalıdır.
- 5-Formülü C10F18 olmalıdır.
- 6-Yoğunluğu yaklaşık olarak 20 derecede 1.94 olmalıdır.
- 7-Kırılma endeksi yaklaşık olarak 20 derecede 1.31 olmalıdır.
- 8-Viskozitesi 25 derecede 2.7 cts olmalıdır.
- 9-Son kullanım tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 10- Ürünün TITUBB kaydı bulunmalıdır.
- 11- İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir. Karar aşamasında numune gerek görüldüğü takdirde açılarak değerlendirilmelidir.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D
Dip.Tes.No:130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTAR I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID	TAŞINIR KODU
1	PERFLOROKARBON, PERFLUORODECALİN SOLÜSYONU	100	ADET	GZ 1152	1054	270007297
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.B.J. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161