

## **REUSABLE KOTER UCU SPATÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Spatül elektrotunun uç kısmı elektrum kaplı non stick olmalıdır.
- 2- Spatül elektrotunun koter kalemi girişi standart 2.4mm ya da 4.0mm olmalıdır.
- 3- Elektrodun uzunluğu 22 cm olmalıdır.
- 4- Ergonomik hafif tasarımı sayesinde eldeki baskıyı azaltmalıdır.
- 5- Şaftı sert mavi veya siyah renk olmalıdır.
- 6- Spatül elektrot, reusable olmalıdır.
- 7- UTS kaydı olmalıdır.

Prof.Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi ABD  
Başkan

