

ELEKTRUM TOPUZ UÇ ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ball elektrot reusable olmalıdır.
- 2-Ball elektrot uç kısmı 4, 6 ve 8 mm olmalıdır.
- 3-Ball elektrotun uç kısmı elektrik nonstick olmalıdır.
- 4-Ball elektrotunun koter girişi standart 2.4 mm olmalıdır.
- 5-Elektrotun uzunluğu 14 cm olmalıdır.
- 6-Şaftı sert mavi renk olmalıdır.
- 7-Ergonomik hafif tasarımı ile sayesinde eldeki baskıyı azaltmalıdır.
- 8-UTS kaydı olmalıdır.

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi
ABD Başkanı