

## HASTA MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Muayene aydınlatması led lambalı olmalıdır.
- 2- Muayene aydınlatması led lambaları toplam 12 Watt güce sahip olmalıdır.
- 3- Muayene aydınlatması 6000 Kelvin ışık akısına sahip olmalıdır.
- 4- Muayene aydınlatması tekerlekli sehpalı aksam üzerine montajlı olmalıdır.
- 5- Muayene aydınlatması sehpa 3'ü kilitli, 5 tekerlekli olmalıdır.
- 6- Muayene aydınlatması sehpa üzerinde yüksekliği ayarlanabilir gövde olmalıdır.
- 7- Muayene aydınlatması gövdesi teleskopik olmalı ve uzunluğu 100 ile 160 cm aşağı yukarı hareket ettirilebilmeli ve istenilen yükseklikte sabitlenebilmelidir.
- 8- Muayene aydınlatması her yöne hareket edebilen spiral kola sahip olmalıdır.
- 9- Muayene lambası başlık aksamı sağa ve sola hareket edebilmelidir.
- 10- Muayene aydınlatması spiral kolu istenilen pozisyona ayarlanabilmelidir.
- 11- Muayene aydınlatması spiral aksamı üzerinde hareket ayarı için tutma kolu olmalıdır.
- 12- Muayene aydınlatması spiral uzunluğu 70 cm olmalıdır.
- 13- Muayene aydınlatması lamba aksamı başlık kısmında veya kablonun başlık kısmına yakın on off (açma kapama) düğmesi olmalıdır.
- 14- Muayene aydınlatması lamba aksamı düşük ısıda çalışmalıdır.
- 15- Muayene aydınlatması 220 volt/50 Hz ile çalışmalıdır.
- 16- Muayene aydınlatması fabrikasyon hatalara karşı iki (2) yıl garantili olmalıdır.
- 17- Kablo uzunluğunun en az 3 metre olması gereklidir.

Prof. Dr. N. Kemal Kuşcu  
