

## ELASTOMERİK İNFÜZYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İki katlı elastik membranlı, iç tabaka : iç yüzey biyolojik olarak uyumlu polimer, dış yüzey yumuşak PVC. Dış tabaka: iç yüzey Latex, dış yüzey yumuşak PVC olmalıdır.
2. 90 cm PVC uzatma line'ı olmalıdır.
3. Hidrofil partikül filtresi; 0.8  $\mu$  polietersülfon (ST için) ve 1.2  $\mu$  selüloz (LT için) olmalıdır.
4. 0.2  $\mu$  hidrofobik hava filtresi olmalıdır.
5. Akım düzenleyicisi; Kalibre edilmiş cam tüp (LT için) ve Mikro-bore tüp (ST için) olmalıdır.
6. Klempli olmalıdır.
7. Tek yönlü dolun valfi olmalıdır.
8. Ürün çeşitliliği;  
0.5 saatten - 11 güne kadar  
50 ml'den - 500 ml'ye kadar olmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10.  $\pm$  %25 doldurulabilme olanağı olmalıdır.
11. Orjinal steril ambalajında olmalıdır.
12. Uluslararası Kalite Belgeleri CE Sertifikalarına sahip olmalıdır.

Doç.Dr.Atike Pınar ERDOĞAN

M.C.B.Ü. Tıp Fakültesi

İç Hast. ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Dip.Tes.No:130428