

Yangın Battaniyesi Şartnamesi

Ateşe ve ısıya dayanıklı 0 - 550 santigrad derece aralığında yanma ve tutuşma göstermeyen,
200cm x 200cm boyutlarında
Kendi çantasında muhafaza edilebilen, kolay çıkartılabilecek özellikte
Duvara montaja uygun

Katlanır ve Tekerlekli Sedye Şartnamesi

Sedye ana gövde alüminyum malzemedden üretilmiş olmalı
Katlanır makas sistemi 3mm galvenz saçtan üretilmiş olmalı
Yere basan ayaklar metal borudan üretilmiş olmalı
Sedye ortadan ikiye katlanabilir özellikli olmalı
Hasta üzerindeki esneme minimum olmalı
Katlanır sedyede iki adet emniyet kemeri olmalı
Kemerlerin boyutları ayarlanabilir olmalı
Kilitleme tokası sert plastikten üretilmiş olmalı
Taşıma kulpları yumuşak silikon malzemen üretilmiş olmalı
Hasta taşıma sedyesinde 4 adet taşıma kolu bulunmalı
Hasta taşıma sedyesi brandası kolay tutuşmayan ve leke tutmayan malzemen üretilmiş olmalı
Hasta taşıma sedyesi turuncu renkte polyesterden imal edilmiş olmalı
Boyutları en az 200cm, 50cm olmalı
İstenildiğinde tekerlekli sandalyeye dönüşebilmeli
Taşıma kapasitesi en az 15kg olmalı

