

## TEE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün fiberoptik endoskop cihazını ve/veya transözefageal eko probunu koruma amaçlı olmalıdır.
- 2- Ürün lateks içermemelidir.
- 3- Paket içerisinde 10 ml enjektör, jel, ısıрма parçası, kılıfı endoskopa ve/veya transözefageal eko probuna sabitleme parçası ve transözefageal eko probu kılıfı olacaktır.
- 4- Kılıf probun ultrasonik özelliklerini etkilemeyecek şekilde olmalıdır.
- 5- Bir adet numune ve katalog/broşür kontrol amaçlı verilmelidir. Numunenin incelenmesi sırasında bölüm isterse numuneyi kullanacaktır.
- 6- Tekli paketler halinde steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 7- TEE prob kılıfı en az 70 cm olmalıdır.
- 8- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 9- CE belgesine sahip olacak, CE amblemini paket üzerinde taşıyacak, yerli üretimde TSE belgesine sahip olacak, firma UTS bilgilerini beyan edecektir.

Prof. Dr. Özgür B. TURAN  
CBÜ Tıp Fakültesi  
55615 197256