

İRİS RETRAKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Göz içi operasyonlarda irisi genişletmek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
2. Prolen materyalden üretilmiş olmalıdır
3. İrisi genişletmek amacı ile dört adet korneal yüzeyden takılarak uygulanmalıdır.
4. İris retraktörleri kolay görülebilmesi için renklendirilmiş ve baston şeklinde olmalıdır.
5. TİTUBB onaylı olmalıdır.
6. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜTİT Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTAR I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
1	İRİS RETRAKTÖRÜ	10	ADET	GZ1067	288

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 730161

İRİS RETRAKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Göz içi operasyonlarda irisi genişletmek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
2. Prolen materyalden üretilmiş olmalıdır
3. İrisi genişletmek amacı ile dört adet korneal yüzeyden takılarak uygulanmalıdır.
4. İris retractorleri kolay görülebilmesi için renklendirilmiş ve baston şeklinde olmalıdır.
5. TITUBB onaylı olmalıdır.
6. İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes.No:130161