

İNTRATORASİK BÜYÜK DAMAR STENTLERİ, KAPLI

1. Native ve/veya recurrent aort koarktasyonu işlemlerinde, anevrizmatik aort koarktasyonlarında ve aort stenozlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. İntratorasik damar stenti kaplı olmalıdır.
3. İntratorasik kaplı damar stentinin dış yüzeyi PTFE Greft kaplanmış olmalıdır.
4. Kaplı damar stenti balona yüklenmiş durumda ve hazır olmalıdır.
5. İntratorasik damar stenti 12mm-24mm arası çap, 15mm-60mm arası uzunluğa sahip olmalıdır.
6. Stent segmental yapıda ve esnek (flexible) olmalı; herbir segment birbirinden bağımsız hareket ederek kılavuz teli (guide wire) çok iyi takip etmeli ve tortüöz damarlardan rahatlıkla geçmelidir.
7. Stent hücreleri birbirine yakın olmalı ve bu sayede stent içine strat aralıklarından doku sarkması engellenmelidir.
8. Stent, işlem sonrası eğer gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile genişletmeye olanak vermelidir.
9. Tortüöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç kısımları balon yüzeyinden ayrılmamalıdır.
10. Yerleştirme sırasında, balonun distal ve proximal uçları balonun diğer kısımları ile aynı çapa ulaşmalı, fazla şişerek uç kısımlarda diseksiyona sebebiyet vermemelidir.
11. Ürün steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.

KV4015 – KR3006

Prof. Ömer FETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD Başkanı

MALZEME/HİZMET ALIM İSTEK FORMU

(KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)



S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Depo Stok Durumu		Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	Malayd	SUT Fiyatı
						Var	Yok						
1	İNTRATORASİK BÜYÜK DAMAR STENTLERİ, KAPLI	1	ADET	6 (ay)	İHTİYAÇ				 / / 2023	KV 4015	I	20.270 TL
2				6 (ay)					 / / 2023			
				(ay)					 / / 2023			
			 (ay)					 / / 2023			
			 (ay)					 / / 2023			
			 (ay)					 / / 2023			

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı

Prof.Dr.İsmet TOPÇU
Başhekim