

### ELEKTROD ( BUJİ ) TEKNİK ŞARTNAME

1. Teklif edilen ESWL Elektrodu Hastanemizde mevcut ESWL sistemi (böbrek taşı kırma cihazı) ile kullanılabilirliktedir.
2. Teklif edilen Elektrod şok dalgası çanağının ortasına yerleştirilebilen standart elektod tipi olmalıdır.
3. Teklif edilen Elektrodun uçlarının aralığını her tedaviden sonra yeniden ayarlamaya gerek duyulmamalıdır.
4. Teklif edilen ürün UBB kaydına haiz olmalıdır.
5. Teklif veren firmaların Lithotripsy (ESWL Cihazları) için geçerli olan TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Sanayi Sicil (İmalatçı) Belgesi olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar ISO 13485 Belgelerini teklif ile birlikte ibraz edeceklerdir.
7. Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi aranacaktır

Prof. Dr. Tolga MURZANOĞLU

