


14. İyontoforez işleminde, pozitif ve negatif elektrotların ayırt edilebilmesi için cihaz iki ayrı elektrota sahip olmalıdır.

15. Ünite hastane bilgi sistemine (HIS) bir arayüz programı ile entegre edilebilecek özellikte olmalı ve bu işlem için gerekli bilgiler cihaz ile birlikte standart olarak verilmelidir.

16. Cihazda herhangi bir arıza çıkması durumunda tedarikçi firma en geç 24 saat içinde müdahale etmeli, bu sürede arıza giderilemiyorsa çalışma ünitemize 72 saat içinde bu testi yapacak başka bir cihaz herhangi bir ücret talep edilmeden firma tarafından kurulmalıdır.

17. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap verecektir. Bu cevaplar “.....Marka teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa, firma ihale dışı kalacaktır.

18. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifi red edilecektir.


Prof. Dr. Hasan YÜKSEL
Celal Bayar Üni.Tıp Fakültesi
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Diploma Tescil No:90014