

UZUN KONÇLU STERİL ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 -Eldivenler lateksten üretilmiş ve pudrasız olmalıdır.
- 2-Eldivenler cerrahi amaçla kullanılmaya uygun anatomik yapıda olmalıdır.
- 3-Eldivenler avuç içi ve parmak bölgelerinde maximum hassasiyet sağlamalı ve kavite kontrolü yapmaya uygun olmalıdır.
- 4-Eldivenlerin dokusu düzgün olmalıdır.
- 5 -Eldivenler yırtılmaya ve delinmeye dirençli olmalıdır.
- 6-Ambalajı sıvı geçirmez olmalıdır.
- 7-Steril orjinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli, üretim tarihi ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
- 8-Malzemeni açılma işlemini kolaylaştıracak ve sterilitesinin devamlılığını sağlayacak özellikte olmalıdır.
- 9-Ürün ambalajı çift paket sisteminde olmalıdır. İç paket sağ-sol işaretli olmalı ve eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
- 10-Eldivenler 1 adet =1 çift olarak teklif edilmelidir.
- 11-Eldivenler dirsek üzerine çıkacak kadar uzun konçlu olmalıdır.
- 12-Eldivenlerin boyutu 7,5 -8 numara olmalıdır.



Prof. Dr. N. Kemal Kuşçu

Prof. Dr. N. Kemal KUŞÇU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Keleş Hastalıkları ve Doğum AD
Diploma Tescil No: 59445