

NAZOGASTRİK BESLENME SONDASI 4-5- 6-8Fr TEKNİK ŞARTNAMESİ [FEEDİNG TÜP]

1. Şeffaf, hafif ,yumuşak, silikon kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. İstenilen numaralarda olmalıdır.
3. Ucu yuvarlak olmalı ve küçük delikleri olmalıdır. Hastayı travmatize etmemelidir.
4. Boyu 50 cm civarında olmalıdır.
5. Bir ucundada renkli kısmı olmalı enjektöre ve aspiratöre adapte olmalıdır.
6. Steril poşetlerde tek kullanımlık olmalıdır.
7. Radyoopae çizgisi tüp boyunca olmalıdır.
8. Santimetre işaretleri ve numaralandırma tüp boyunca olmalıdır.
9. Firma 5 adet numune getirmek zorundadır.
10. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir
11. UTS ve UBB ye kayıtlı olmalıdır.

CBÜ
Hemsirelik Hiz. Mdr. Yrd.
Birgöl KARACA