

**KILAVUZ TEL ZEBRA TİP NİTİROL  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kılavuz tel kırılmayan, nitinol materyalden olmalıdır.
2. Kılavuz tel üzeri endoskopik görüntü altında tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan farklı renklerde çizgili olmalıdır.
3. Kılavuz tel x ray cihazlarda görülebilir şekilde radyopak olmalıdır.
4. Kılavuz tel 035'' 150 cm uzunluğunda veya 032'' 150 cm olmalıdır.
5. Kılavuz Düz uçlu, 3 veya 5 cm lik ucu esnek olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
7. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. ZALHA MİSLEBİNOĞLU