

PD Kateter Kiti

- Kateter ve pull apart setten oluşmalıdır. Kateter Periton diyaliz kateteri kıvrımlı ve 57 yada 62cm. olacaktır.
- Periton diyaliz kateteri 2 cuff'li olacaktır.
- Periton diyaliz kateterinin kıvrımlı tübü üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunacaktır.
- Periton diyaliz kateteri 4.9mm dış çapa ve 2.6mm iç çapa sahip olacaktır.
- Periton diyaliz kateteri hem perkütan hem de cerrahi yolla uygulanmaya uygun tasarımda olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri yarı şeffaf, medikal sınıf silikon kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- Periton diyaliz kateterinin üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri gerektiğinde uzatılabilme ve/veya tamir edilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri steril, çift paketlemeye sahip olmalıdır.
- Periton diyaliz kateteri CE belgesine sahip olmalıdır. Pull apart setin içinde ise Beta-CAP adaptor, kapak, klemp, 16Fr Pull-apart dilatatör, 18 ga iğne, J/ düz klavuz tel, 10cc şırınga, #11 scalpel, tunnel stilesi ve 6 adet tül sünger bulunmalıdır.


Peritoneal Diyaliz (CAPD) Kateter Adaptörü (Titanyum)

- Titanyumdan yapılmış, tek tek paketlenmiş steril ambalajlarda olmalıdır.
- Periton diyaliz kateterine takıldıktan sonra çıkmasına engel olacak şekilde bir kitleme halkası içermeli ve bu şekilde iki parçadan oluşmalıdır.
- 2.64 mm - 3.30 mm iç çap ve 4.88 - 5.08 mm dış çap kalınlıktaki kateterlere takılabilmelidir.

CAPD Ultra Transfer (Bağlantı) Seti

- Ultra transfer set periton diyalizi tedavisinde, titanyum adaptör ile bağlantıyı sağlayan bir ara set olarak kullanılmalıdır.
- Üzerinde karın içine ve dışına sıvı akışını kontrol eden döner başlıklı klemp bulunmalıdır.

21.05.2024


Doç. Dr. Ayşin TORAMAN
GBU. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip Tescil No: 93482