

ELECTROKONVULSİV TERAPİ ELEKTRODU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünler 10'lu paketlenmiş olmalıdır.
- ECT Cihazında kullanım için üretilmiş özel ölçülerde olmalıdır.
- ECT Cihazında aynı anda ECG-EEG ve EMG çekiminde de kullanılabilir.
- Çekim değerlerinde sapmaya sebebiyet vermemelidir.
- Kullanılan malzeme ve jel yapısı düşük akım için özel üretim olmalıdır.
- Kendinden yapışkan olmalı, uzun süre kullanılmalı, cilde zarar vermemelidir.
- CE ve ISO belgeleri olmalıdır.
- Tek kullanımlık olmalıdır.

Prof. Dr. Artın DEVECİ
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Psikiyatri A.D.
Dip.No:6263 Tels.No:53391-61335