

KAPSÜL POLISHER KANÜL (KRATZ)

- 1 Tek kullanımlık steril kanül olmalıdır.
- 2 .60 x 22 mm (23G x 7/8 in) ölçülerinde olmalıdır.
- 3 Kanül 35 derecelik açığa sahip olmalı açıdan sonraki uç kısmı 9mm olmalıdır.
- 4 Kanül kapsül Polisher özelliğinde olmalıdır.
- 5 Ürün, üzerinde malzeme muhteviyatı, üretici firma adı Ürüne ait üretim yeri üretim tarihi olmalı ve blister ambalaja baskı olmalıdır, sonradan yapıştırma olmamalıdır.
- 6 Test ve değerlendirme amaçlı 1 adet numune verilmesi kesinlikle şarttır, numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 7 Teklif edilen ürünün kutusunda ambar teslim kolaylığı olması nedeni ile 10 adet olmalıdır ancak teklif bir adet olarak verilmelidir.
- 8 Teklif edilen ürün için teknik şartnameye bire bir uygunluk istenecek ve orijinal kataloğu üzerinde gösterilmesi istenecektir.
- 9 Kanül özel koruyuculu steril blister pakette olmalıdır, poşet içerisinde ve diğer ambalajlarda olmamalıdır bu vazgeçilmez özelliktir.
- 10 Ürün kutusunda barkot numarası olmalıdır. Barkot numarası olmayan ürün teslim alınmayacaktır.
- 11 Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
- 12 İstekli TITUBB da kayıtlı olmalıdır.
- 13 Ürün TITUBB da Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

CORTEX EXTRACTOR [CHARLEUX]

- 1- Orjinal ambalajında olacaktır.Ambalaj üzerindeki bilgiler stiker veya bant yapıştırma olmayacak,ürüne ait üretim yeri ,sterilizasyon bilgileri ,üretim tarihi ve son kullanım tarihi,CE Uygunluk numarası orjinal baskı olacaktır.
- 2- .55 x 12.5 mm (24G x 1/2 in) ölçülerinde olmalıdır.
- 3- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.
- 4- Ürün Avrupa veya ABD ülkeleri üretimi olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

ANTERİOR CHAMBER MAİNTEİNER Oval ACM (Blumenthal)

1-Orjinal ambalajında olacaktır.Ambalaj üzerindeki bilgiler stiker veya bant yapıştırma olmayacak,ürüne ait üretim yeri ,sterilizasyon bilgileri ,üretim tarihi ve son kullanım tarihi,CE Uygunluk numarası orjinal baskı olacaktır.

2-Blumenthal olmalıdır.

3-Flexible tubing uzunluğu 25cm olmalıdır.

4-Tapered from 1.25 mm (18G) to 0.9 mm (20G), oval olmalıdır.

5-Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.

6-Ürün Avrupa veya ABD ülkeleri üretimi olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Zıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

Oftalmik Manipulatör

- 1 Sinskey tipinde plastik saplı olmalıdır.
- 2 Uç kısmı kanca tipinde olmalıdır.
- 3 45 derece açılı açıdan sonraki kısmı 10mm olmalıdır.
- 4 Kanca tipi uç 0.85mm olmalıdır.
- 5 Toplam uzunluğu 130mm olmalı.
- 6 Nükleus ve göziçi lens manipülasyonunda kullanılmalı.
- 7 Tek kullanımlık olmalıdır.
- 8 Ürün, üzerinde malzeme muhteviyatı, üretici firma adı Ürüne ait üretim yeri üretim tarihi olmamalıdır.
- 9 Ürün kutusunda barkot numarası olmalıdır. Barkot numarası olmayan ürün teslim alınmayacaktır.
- 10 Test ve değerlendirme amaçlı 1 adet numune verilmesi kesinlikle şarttır, numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 11 Teklif edilen ürünün kutusunda ambar teslim kolaylığı olması nedeni ile 10 adet olmalıdır ancak teklif adet olarak verilmelidir.
- 12 Teklif edilen ürün için teknik şartnameye bire bir uygunluk istenecek ve orijinal kataloğu üzerinde gösterilmesi istenecektir.
- 13 İstekli TITUBB da kayıtlı olmalıdır.
- 14 Ürün TITUBB da Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.

Op. Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

SUPERFLEX EXTENSION SET

1-Orjinal ambalajında olacaktır. Ambalaj üzerindeki bilgiler stiker veya bant yapıştırma olmayacak, ürüne ait üretim yeri, sterilizasyon bilgileri, üretim tarihi ve son kullanım tarihi, CE uygunluk numarası orjinal baskı olacaktır.

2-25cm uzunluğunda olmalıdır.

3-Oftalmik kanül takılı handle ile enjektör arasında bağlantı yapmaya uygun olmalıdır.

4-CE belgesine sahip olmalıdır.

5-Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĐAN
M.C.BÜ. TIP Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

NUCLEUS CHOPPER

- 1-Orjinal ambalajında olacaktır. Ambalaj üzerindeki bilgiler stiker veya bant yapıştırma olmayacak, ürüne ait üretim yeri, sterilizasyon bilgileri, üretim tarihi ve son kullanım tarihi, CE uygunluk numarası orjinal baskı olacaktır.
- 2-Sapdan uç kısmının ayırım açısı 6mm uzunlukta ve 45 derece olmalıdır.
- 3-Uç kısım açısı 90* ve 1,5mm uzunlukta olmalıdır.
- 4-P.Koch modeli olmalıdır.
- 5-Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.
- 6-Ürün Abd veya Avrupa ülkeleri üretimi olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

Nükleus Manipulatör

- 1 Mikro tipinde plastik saplı olmalıdır.
- 2 Uç kısmı açılı olmalıdır.
- 3 Çapı 0,35mm olmalıdır.
- 4 Künt uçlu olmalıdır.
- 5 Toplam uzunluğu 130mm olmalı.
- 6 Nükleus manipülasyonunda kullanılmalı.
- 7 Tek kullanımlık olmalıdır.
- 8 Ürün, üzerinde malzeme muhteviyatı, üretici firma adı Ürüne ait üretim yeri üretim tarihi olmamalıdır.
- 9 Ürün kutusunda barkot numarası olmalıdır. Barkot numarası olmayan ürün teslim alınmayacaktır.
- 10 Test ve değerlendirme amaçlı 1 adet numune verilmesi kesinlikle şarttır, numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 11 Teklif edilen ürünün kutusunda ambar teslim kolaylığı olması nedeni ile 10 adet olmalıdır ancak teklif adet olarak verilmelidir.
- 12 Teklif edilen ürün için teknik şartnameye bire bir uygunluk istenecek ve orijinal kataloğu üzerinde gösterilmesi istenecektir.
- 13 İstekli TITUBB da kayıtlı olmalıdır.
- 14 Ürün TITUBB da Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

IRRIGATING CYSTATOME

1-Orjinal ambalajında olacaktır.Ambalaj üzerindeki bilgiler stiker veya bant yapıştırma olmayacak,ürüne ait üretim yeri ,sterilizasyon bilgileri ,üretim tarihi ve son kullanım tarihi,CE Uygunluk numarası orjinal baskı olacaktır.

2-Pearce modeli olmalıdır.

3-0.50 x 16mm (25g x 5/8 in) olmalıdır.

4-Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.

5-Ürün Avrupa veya ABD ülkeleri üretimi olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tip Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

Mendez Torik Derece ölçüsü

- 1 Mendez tipinde üretilmiş olmalıdır.
- 2 13 mm iç çapa sahip, 2,5 mm Polikarbonat halkadan üretilmiş olmalıdır.
- 3 10'luk artışlarla 0-180 Derece işaretleri olmalıdır.
- 4 Handle uzunluğu 75mm ve düz olmalıdır.
- 5 Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
- 6 Steril tek kullanımlık olmalı ,steril paket üzerinde ürün bilgileri yer almalıdır.
- 7 Sterilizasyon yöntemi Etilen Oksit olmalıdır.
- 8 Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine, kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.Bölüm Başkanı
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161


IRRIGATION HANDLE

- 1-Orjinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerindeki bilgiler stiker veya bant yapıştırma olmayacak, ürüne ait üretim yeri, sterilizasyon bilgileri, üretim tarihi, son kullanım tarihi ve CE Uygunluk numarası orjinal baskı olacaktır.
- 2-Length: 9.3 cm (3 5/8 in) ölçülerinde olmalıdır.
- 3-Standard erkek luer bağlantısı olmalıdır.
- 4-Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.
- 5-Ürün Avrupa veya ABD ülkeleri üretimi olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Göz Hastaları A.D.
Dip. Tes. No: 130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID	TAŞINIR KODU
1	KAPSÜLER POLİŞER	10	adet	GZ1047	YENİ	
2	CORTEXTRACTOR (CHARLEUX)	10	adet	KAPSAM DIŞI	YENİ	
3	OVAL ANTERIOR CHAMBER MAINTAINER	10	adet	GZ1046	YENİ	
4	OFTALMİK MANİPULATÖRSİNSKEY	10	adet	GZ1056	YENİ	
5	SUPERFLEX EXTENSION SET	10	adet	KAPSAM DIŞI	31067	
6	CHOPPER	10	adet	GZ1050	YENİ	
7	NÜKLEUS MANİPULATÖR	10	adet	GZ1056	YENİ	
8	KİSTOTOM	10	adet	GZ1048	1818	
9	MENDEZ TORİK DERCE ÖLÇÜSÜ	10	adet	GZ1165	YENİ	
10	İRRİGASYON HANDLE	10	adet	KAPSAM DIŞI	YENİ	

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tip Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No: 30161



.....
Dip. Pr. Mustafa ERDOĞAN
M. Q. B. U. T. P. Fakültesi
Dip. Tas. No: 190161
Dip. H. B. U. T. P. Fakültesi

