

TEE KİT SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün fiberoptik endoskop cihazını ve/veya transözefageal eko probunu koruma amaçlı olmalıdır.
- 2- Ürün lateks içermemelidir.
- 3- Paket içerisinde 10 ml enjektör, jel, ısıma parçası, kılıfı endoskopa ve/veya transözefageal Eko probuna sabitleme parçası ve transözefageal eko probu kılıfı olacaktır.
- 4- Kılıf probun ultrasonik özelliklerini etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
- 5- Bir adet numune ve katalog /broşur kontrol amaçlı verilmelidir. Numunenin incelenmesi sırasında bolum isterse numuneyi kullanacaktır.
- 6- Tekli paketler halinde steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 7-TEE prob kılıfı en az 70 cm olmalıdır.
- 8- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 9- CE belgesine sahip olacak, CE amblemini paket üzerinde taşıyacak, yerli üretimde TSE belgesine sahip olacak, firma UTS bilgilerini beyan edecektir.

