6. Rulo – poşet polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
7. Rulo – poşet en az 40 metre uzunluğunda olmalıdır.
8. Rulo – poşet uluslararası üretim standartlarına göre imal edilmiş ve kalite belgesi ile bu durum belgelendirilmiş olmalıdır.

Doç.Dr.Atike Pınar ERDOĞAN
M.C.B.Ü. Tıp Fakültesi
İç Hast. ve Tıbbi Onkoloji Uzm.
Dip.Tes.No:130128

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz Tehlikeli Atıkların güvenli bir şekilde toplanmasına uygun yapıda olmalıdır.
2. Cihaz hastane enfeksiyonlarını önlemek adına tüm servislerde kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Cihaz içerisine yerleştirilen rulonun hareketliliğini sağlayan modüle sahip olmalıdır.
4. Cihaz, Riskli Tıbbi Atıkların bulaşmasından korunmak için ayak pedalı ile kumanda edilebilmelidir.
5. Cihaz, ekonomik kullanım sağlayabilmek için ön panelde bulunan düğme sayesinde poşetin boyutlarını istenilen ölçülerde ayarlama imkanı vermelidir.
6. Sağlığa zararlı ilaçların hazırlanması esnasında oluşan atıkları toplamak için havası alınmış (sıkıştırılmış) plastik paketler koku ve aerosollerin yayılmasını engelleme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Cihaz tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde toplanması için açılmamak üzere ruloların uçlarının ısı ile kapatılmasını sağlayan mekanizma bulunmalıdır.
8. Cihaz farklı atık bidonlarının kullanılmasına olanak sağlayan yükseltilebilir ve alçaltılabilir sisteme sahip olmalıdır.
9. Sağlığa zararlı ilaçların hasta başında uygulanması esnasında da kullanıma uygun taşınabilir olmalıdır.
10. Kullanılan ruloların değiştirilmesi kolay olmalı, ayak pedalına basarak poşetin kapama uzunluğu ayarlanabilmelidir.
11. Ayak pedalı ile yapılan kapama işlemi sonrası cihaz otomatik olarak diğer kapama için kullanıma hazır hale gelebilmelidir.
12. Cihaz Paslanmaz maddeden imal edilmiş olmalıdır.
13. Cihaz ile birlikte kullanılacak rulonun uzunluğu en az 40 metre olmalıdır.
14. Maksimum 250 - 300 kapama yapabilme kapasitesine sahip olmalıdır.
15. Cihazın atık atma ağız kısmı, ilaç hazırlama ve uygulamada kullanılan malzemelerin sığabileceği şekilde geniş olmalıdır.
16. Cihaz Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiş olup 230 V 50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
17. Cihaz üretici firmanın CE belgesinde yer aldığı özellikte ve işlevsellikte olmalıdır.
18. Cihaz 2 Yıl üretici firma garantisinde olmalıdır.

TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA CİHAZI RULO - POŞET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ile birlikte kullanılan rulo – poşet Tehlikeli Atıkların güvenli bir şekilde toplanmasına uygun yapıda olmalıdır.
2. Rulo – poşet güvenli bir şekilde atıkların saklanmasını 7 gün boyunca sağlayabilmelidir.
3. Rulo – poşet koku, aerosolları ve sıvı atıkları sızdırmamalıdır.
4. Rulo – poşet içerisine kesici ve delici tıbbi atık atılmamalıdır.
5. Rulo – poşet özel ambalajında olup "Z" katlamaları sayesinde işlem devamlılığının kolaylıkla yapılmasını sağlamalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.