HS EIBOS SİLİKON KILIF ŞARTNAMESİ

- Kılıf otoklava girebilmeli.
- Sterilizasyon sırasında 134 ° dereceye en az 5 dakika dayanabilmelidir.
- Lövyer (ince fokus ayarı kaldıraçı) için kılıf üzerinde her iki tarafda da delik olmalıdır. Bu deliğin yeri , lövyerin cihaz üzerindeki takılma yerine uyumlu olmalıdır.
- Kılıf cihaza rahat giydirilebilmesi açısından yumuşak ve katlanabilir olmalıdır.
- Yapısı silikon ve kauçuk bazlı olmalıdır.
- Kılıf Haag Streıt marka Eibos 2 vitreoretinal cerrahi ataçmanına tam uyumlu olmalıdır.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.B.D.