

KPET SİSTEMİ OKSİJEN SENSÖR TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vazgeçilmez Teknik Özellikleri

1 ADET OKSİJEN SENSÖR TÜP

1. Oksijen sensör tüp, hastanemizde kurulu olan sistem/marka ile uyumlu olmalıdır.(Cortex Metalyzer 3B)
2. Cihazına takılmasını takiben 12/18 ay arası kullanım ömrü olmalıdır.
3. Oksijen sensör tüpü vakumlu sızdırmaz ambalajında teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Özgür AKGÜL
FTR AD. ve RÖ. Uzmanı
Dip. Tes. No: 8579
Romatoloji Uzmanı
CBB Tıp Fak. FTR No. 1 Romatoloji BD.
Tes. No: 105009

KPET SİSTEMİ SİMPLE LİNE/HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vazgeçilmez Teknik Özellikleri

1. Hastanemizde kurulu olan sistem/marka ile uyumlu olmalıdır.(Cortex Metalyzer 3B)
2. Simple line, özel yapısı sayesinde ortamdaki havayı cihaza aktarabilmeli bu sayede cihaz nem, basınç, oda sıcaklığı vb. parametrelerin analizini yapabilmelidir.


Prof. Dr. Özgür AKGÜL
FTR AD. v. Romatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 98578
Romatoloji Uzmanı Tes. No: 105009
CBU Tıp Fak. FTR AD. / Romatoloji BD.