


İNVİVO TANI KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) İnvivo kitler Tc-99m ile bağlanarak kullanılacaktır. Kit ajirojen, steril, nontoksik liyofilize olacaktır. Tc-99m ile bağlanan kit ilgili klinik yetkilisinin belirleyeceği gün ve saatte teslim edilecek ve teslim tarihinde en az 6 ay miyadlı olacaktır. Kitin bir şişe içindeki aktif madde miktarı miligram cinsinden teklifteki fiyatın yanına parantez açılarak belirtilecektir. MIBI (1 No'lu invivo tanı kiti), **kitin etken madde miktarı en yüksek olanı alınacaktır**


Prof. Dr. F. GÜL GÜMÜŞER
CBÜTF NÜKLEER TIP AD
Dip. No: 198973
Tescil No: 50763