

PERFLORODECALİNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Vitrektomi ameliyatlarında kullanılmak için üretilmiş olmalıdır.
- 2- Ürün saydam ve renksiz olmalıdır.
- 3-Steril tekli paketler halinde 5 ml şişeler halinde hazırlanmış olmalıdır. Bir şişede 5 ml'den az olan paketler kabul edilmeyecektir.
- 4-ürün %100 pürifiye olmalıdır.
- 5-Formülü C10F18 olmalıdır.
- 6-Yoğunluğu yaklaşık olarak 20 derecede 1.94 olmalıdır.
- 7-Kırılma endeksi yaklaşık olarak 20 derecede 1.31 olmalıdır.
- 8-Viskositesi 25 derecede 2.7 cts olmalıdır.
- 9-Son kullanım tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 10- Ürünün TITUBB kaydı bulunmalıdır.
- 11- İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir. Karar aşamasında numune gerek görüldüğü takdirde açılarak değerlendirilmelidir.

Op.Dr. Mustafa ERDOĞAN
M.C.E.İ Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 130161