

## 2.6MM KORUMALI SLİT BİÇAK

1. 2.6 mm eninde uç kısmı yukarıya doğru 45 derecelik açıya sahip, bevelup, sivri, delici uçlu, yanları kesici slit bıçak olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır.
3. Fakocerrahisinde tünel kesimi yapabilecek tüm Fakoemülsifikasyon, fakotrabekülektomi cerrahilerinde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Bıçak kullanılmadığı zaman keskin ucun zarar görmemesi için aynı zamanda kullanıcıların hastalardan kaza sonucu enfeksiyon bulaşmalarını önlemek amacı ile emniyetli bir şekilde kullanım için bıçağın ucunu kapatacak, bıçağın sapı(handle) üzerinde ileri geri hareket edebilen düğmesi bulunan ve bu düğme ile sürgülü koruyucu kızak sistemli bıçak ucunu koruyan sert silikon kalkan olmalıdır.
5. Bıçağın Koruma Kalkanı Hekimin tek eliyle açıp kapamasına imkan sağlayan mekanizmaya sahip olmalıdır. İki elin kullanıldığı sadece bıçağın ağzını kapatan koruma kalkanı olmamalıdır.
6. Bıçak ucunu koruyan sert silikon kalkanın, sap(handle) üzerindeki bir mandalla sürgülü olarak ileri geri çok kolayca açılıp kapatılma özelliğine sahip olmalı, kesinlikle itici düğme sapın üzerinde olmalıdır bu sayede keskin ucu sürtünmeye maruz bırakmadan ve bıçak ucuna yaklaşarak zarar vermeden keskinliği korunmalıdır.
7. Ucu koruyan sert silikon kalkanın alt kısmı ön kısmında olduğu gibi açık olmalı böylelikle ameliyathane ortamındaki hava şartlarında sert silikon kalkanın buhar oluşumuna sebebiyet vermeden yüksek seviyede hava sirkülasyonu sağlamalı ve bıçak ucunun net görülmesine olanak sunmalıdır.
8. Elmas bıçak tipinde tasarlanmış yapısıyla ekstra keskinleştirilmiş uçla en az 10 defa rahatça kesi yapabilmelidir.
9. Bu şartnameyle tarifli yapılan Korumalı Bıçak korunmaya ihtiyacı olduğu için koruma sağlayan özel bir bıçak olmalıdır. Ucunu sadece kapatan kalkan olmamalıdır.
10. Ameliyat esnasında kullanırken bıçağın sapındaki(handle) tutma yerinin elde kaymayı önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
11. Ergonomik açıdan kullanıma çok uygun olmalıdır.
12. Mat ve yüksek kalitede paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, mikroskop ve diğer ışıklar altında parlamamalıdır, Bıçak sapları yansıma yapmayacak renge ve dizayna sahip olmalıdır.
13. Bıçağın sapının üzerinde milimetresi mutlaka yazılı olmalıdır.
14. Ambalajı saydam ve bıçağın ucu açık ve görünür olmalı, kesinlikle koruyucu sünger ve benzeri maddelerle kapalı olmamalı.
15. Ürün, üzerinde malzeme muhteviyatı, üretici firma adı Ürüne ait üretim yeri sterilizasyon bilgileri, üretim tarihi, son kullanım tarihi ve adresi orijinal baskılı olmalıdır, sonradan yapıştırma etiket olmamalıdır. Bu vazgeçilmez özellik ve tercih sebebidir.
16. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
17. Test ve değerlendirme amaçlı numune verilmesi kesinlikle şarttır.
18. Teklif edilen ürünün kutusunda ambar teslim kolaylığı olması nedeni ile barkot numarası olmalıdır. Barkot numarası olmayan ürün teslim alınmayacaktır.
19. İstekli ÜTS de kayıtlı olmalıdır.
20. Ürün ÜTS de Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip.Tes.No:130161