

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD, ANJİYO LABORATUVARI)



S N	Malzeme Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İstegin yaklaşıp kullanım süresi (ay)	İstek Nedeni	De po Sto k Du ru mu		(Varsa) En Son Alım		SUT Kodu	MAL ID
						Var	Yok	Fiyatı	Tarih		
1	ILAÇ SALINIMLI BALON 035 OTW	2	ADET	(ay)	KADRI ŞARDA isimli hasta da kullanılmak üzere				/ .. / 201..	KR1101	YENİ
2	BALON 018 OTW	1	ADET	(ay)					/ .. / 201..	GR2000	YENİ

DOÇ. DR. FERİHAL ÖZTÜRK
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Tıp. Feri Hal Öztürk
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Feri Hal Öztürk

İmza

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, İLAC SALINIMLI, 035" OTW
(GR2000-KV2033)

1. 4-12 mm arası çaplara sahip olmalıdır.
2. 40-150 mm arası uzunluklara sahip olmalıdır.
3. İlaç salınımı vücutta doğal olarak bulunan üre üzerinden gerçekleşmekte olup Paklitaksel ilacı salınmalıdır.
4. Patlama Basıncı (RBP) maksimum 14 Bar olmalıdır.
5. 5F-6F-7F sheath'ten çalışabilmelidir.
6. SFA ve popliteal bölgede etkinliğini kanıtlayan Randomize ve Kayıt bazlı klinik çalışmalara sahip olmalıdır.
7. Şaft uzunlukları 80 ve 130cm arasından seçilebilmelidir.
8. Balonun üzerinde belirteçler (marker) mevcut olmalıdır.
9. Kontrol grubuna kıyasla anlamlı şekilde üstünlüğü kanıtlanmış 2 yıllık sonucu sunulan randomize klinik çalışmaya sahip olmalıdır.
10. Tek kollu 500+ hastalık "Registry" klinik çalışmasına sahip olmalıdır.

Doç. Dr. Ferhat ÖZYURTLU
CABD
Kardiyoloji
Uzm. Tıp. Dr. Ferhat Özyurtlu
No: 7381 / 112538

KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, 018", OTW,
UZUN BALONLU (EN AZ 10CM)
(GR1015-KR1101-KV1259)

- 2-7 mm arası çaplara sahip olmalıdır.
- 120-300 mm arası uzunluklara sahip olmalıdır.
- Uzun balonlarda yaşanan muz efekti problemini çözen patentli s-şaft tasarımına sahip olmalıdır.
- Patlama Basıncı (RBP) balonun çapına göre değişmekte olup minimum 12 Bar maksimum 25 Bar olmalıdır.
- 4F-5F sheath'ten çalışabilmelidir.
- Lezyonlardan geçişi kolaylaştıracak hidrofilik kaplamaya sahip olmalıdır.
- Şaft uzunlukları 90, 130 ve 180cm arasından seçilebilmelidir.
- Balonun üzerinde belirteçler (marker) mevcut olmalıdır.

Dr. Ferhat OZYURTLU
CBU Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Uzun. Tes. No: 74301 / 112536