

4.	Patolojik Tıbbi Atık Kutusu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tercihan kırmızı renkli kova ve geniş pasolu kapak (büyük kutu kapağı çapı en az 30 cm) , olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.</li><li>2. Kutular polipropilenden mamul olmalıdır.</li><li>3. Büyük patolojik katı atık kutusunun hacmi en az 50 litre olmalıdır.</li><li>4. Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı nitelikte olmalıdır.</li><li>5. Kutunun kapağı kapatıldıktan sonra sıvı sızdırmaz nitelikte olmalıdır.</li><li>6. Kutuda taşımaya kolaylaştırmak için iki taraflı tutamaç bulunmalıdır.</li><li>7. Kutunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK!" (UKA) sembolü bulunmalıdır.</li><li>8. Kutular yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde teslim edilmelidir.</li></ol>	150	Adet
5.	Patolojik Tıbbi Atık Kutusu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tercihan kırmızı renkli kova ve geniş pasolu kapak (büyük kutu kapağı çapı en az 25 cm) , olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.</li><li>2. Kutular polipropilenden mamul olmalıdır.</li><li>3. Küçük patolojik katı atık kutusunun hacmi 20±1 litre olmalıdır.</li><li>4. Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı nitelikte olmalıdır.</li><li>5. Kutunun kapağı kapatıldıktan sonra sıvı sızdırmaz nitelikte olmalıdır.</li><li>6. Kutuda taşımaya kolaylaştırmak için iki taraflı tutamaç bulunmalıdır.</li><li>7. Kutunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK!" (UKA) sembolü bulunmalıdır.</li><li>8. Kutular yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde teslim edilmelidir.</li></ol>	100	Adet

Prof. Dr. Semin AYHAN  
Dip. No: 5373  
MCBÜTF  
Tıbbi Patoloji AD Başkanı

