

## ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAME (ECONOMY MASK)

1. Maske PVC den yapılmış olmalıdır, sert ve elle tutulduğunda şekil değişikliği olmamalıdır.
2. Maskenin neonatal'den yetişkine kadar 7 boyutu bulunmalı ve bu boylar renk kodlu sabitleme halkaları belirlenebilmelidir.
3. Maskenin 0 ve bir numara boylarının konektör kısmı 15M, diğer boyların ise 22F olmalıdır.
4. Anatomik yapısı sayesinde maske tüm hastalarda kullanılabilir.
5. Maske yüzeyi şeffaf olmalı, maske altında kalan yüz bölgesi rahatlıkla gözlemlenebilmelidir.
6. Maskenin optimum basınçta şişirilmiş bir yastığı olmalı bu sayede yüze rahat oturabilmeli, yüzün şeklini alarak hava kaçağı minimum olmalıdır.
7. Tekli paketlerde olmalıdır.
8. CE sertifikası olmalıdır.
9. UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.
10. Numune getirilmesi zorunludur

  
Prof. Dr. Demet TOK  
Dip. Tes. No: 30985-42843  
C.B.Ü.T.F.  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.