

## TWO-STAGE BASKET KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

KV1070

1. Kanüller yumuşak atravmatik içi silikonla kaplı PVC veya taygondan mamül olmalıdır.
2. Kanüller içten çelik spiraller ile desteklenmiş olmalıdır.
3. Atrium içinde drenaja imkan verecek şekilde çok delikli olmalıdır.
4. Kanülün uzunluğu 37 cm den kısa olmamalıdır.
5. Kanüller 32/40 -34/40 - 34/46 - 36/50 - 36/51 Fr. olmalıdır.
6. 37.5 cm. uzunluğunda olmalıdır.
7. Kanül tercihen obturatorlu olmalıdır.
8. Bullet tüp ve distal ucu ½ konnektöre uygun olmalıdır.
9. Tercihen kanülün ucunda 1/2-1/2 konnektör bulunmalıdır.
10. Kanül tekli steril ambalajında olmalıdır.
11. Malzeme üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
12. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
13. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
14. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB veya ÜTS Lod numarası, SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof. Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. Başkanı

RETROGRAD KARDİOPLEJİ KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ  
KV1061

1. Kanül PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
2. 14fr(4,7mm) 27cm'den kısa olmamalıdır.
3. Bir ucu balonlu ve bu balonu şişirmeye yarayan female musluklu şişirme ünitesi olmalıdır. Diğer ucu female ve klempili olmalıdır.
4. Kanülün içinde sert kırılmayı önleyen ve aynı zamanda kanülü yerleştirmeye yarayan mandiren sistemine sahip olmalıdır.
5. Kanülün ucu ile stile arasında biraz boşluk bulunmalıdır.
6. Kanüller tekli steril paketlerde olmalıdır.
7. Paket üzerinde steril edildiği tarih ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
9. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili şahit numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
10. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB veya ÜTS Lod numarası,SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof. Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D Başkanı

