

BONE-WAX TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemik uçlarının kanamasını engelleyen özellikte olmalıdır.
2. Kolay şekil verilebilir, yoğrulabilir, yumuşak balmumu esaslı levhalardan oluşan kemik mumu olmalıdır.
3. Çift ambalajlı ve steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
4. Malzeme birim ambalajında en az 2,5 gr olmalıdır.
5. Ambalajın üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
6. Üretim tarihinden itibaren en az 3 yıl kullanım miadlı olmalıdır.
7. Ürün CE belgesi bulunmalı ve ambalaj üzerinde CE işareti ve no.su olmalıdır.
8. Firma ürünün UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.
9. Firma üründen en az 3 adet numuneyi ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim etmelidir.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire

