

DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ (DSR) SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Oftalmik cerrahi için üretilmiş olmalıdır.
- 2.DSR ameliyatlarında lakrimal drenaj yolunun silikon entübasyonu amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 3.Probu paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
- 4.Probun boyutları yaklaşık 0,90 mm*4.5 cm olmalıdır.
- 5.Tüpü silikondan yapılmış olmalıdır.
- 6.Silikon tüpünün uzunluğu yaklaşık 40 cm, çapı 0,80 mm olmalıdır.
- 7.Çelik proplar düz olmalı, açılı olmamalıdır.
- 8.TİTUBB kaydı bulunmalıdır
- 9.İhale sırasında numune getirilmesi gerekmektedir

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

