


TEKNİK ŞARTNAME

USG PRİNER (ÇIKTI) KAĞIDI (110X20 -18 MM)

Açıklama; USG ÇIKTI KAĞIDI (110X20-18 MM)

1. USG print kağıdı radyoloji Lab. USG cihazları ile birlikte kullanılan termal yazıcılara tam uyumlu olmalıdır.
2. Kağıt 110 mm (w)x 18 -20 mm ölçülerinde olmalı ve cihazdan kolaylıkla koparılabilinmelidir.
3. USG kağıdının görüntü niteliği, baskı çözünürlüğü, parlaklığı yüksek kalitede olmalıdır.
4. Ürün paketi olmalıdır ve üzerinde barkod bulunmalıdır.
5. Ürün paketi üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgileri yer almalıdır .
6. Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda denenecektir, denenler arasında uygun bulunanlar değerlendirilmeye alınacaktır.


Prof. Dr. Serdar TARHAN
C.B.Ü. Radyoloji A.D.
Dip. No : 51887
Uzm. Tescil No : 36932
Dip. Tescil No : 35271