

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

HAFSA SULTAN HASTANESİ

MERKEZİ LABORATUVARI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

PROTEİN ELEKTROFOREZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT Kodu	Malzeme Adı	Talep Edilen Test Miktarı
1	L 106360	Protein elektroforezi
		1040

1. Teklif edilecek elektroforez kitleri, içindeki test sayısına yetecek kadar her türlü sarf malzemesini (tatbik plakları, boya, tampon v.b.) içermelidir.
2. Elektroforez sisteminde kullanılacak tatbik plakları, agaroz jel plak olmalıdır.
3. Kitlerin içindeki tampon ve boya maddelerinin hazırlandıktan sonraki dayanma süreleri uzun olmalıdır. Kit kısa sürede bozulabilecek madde içeriyorsa, söz konusu maddenin miktarı kit bitimine yetecek kadar fazla olmalıdır.
4. Teklif edilecek bütün kitler (kalibratör ve kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olmalıdır. Kitler gerekirse miyadı dolmadan 3 ay önce firmaya iade edilerek yeni miyadlılarla değiştirilebilmelidir.
5. Kitlerle beraber protein elektroforezi için gerekli olan kontrol serumu ücretsiz olarak kitlerle beraber teslim edilmeli ve kitler bitene kadar ücretsiz sağlanmalıdır.
6. Laboratuvar sorumlusu maddi kaybı en aza indirmek için test sayısı az olan (küçük ambalajlı) kitleri tercih edebilmelidir. Bu sebeple kitlere ait ambalaj şekilleri ihale dosyasında belirtilmiş olmalıdır.
7. İhaleyi kazanan firma kitler bitinceye kadar her türlü bakım ve teknik desteği ücretsiz vermek ile yükümlüdür.
8. Elektroforez sonuçlarının basımında kullanmak üzere 5 top 500'lük A4 kağıt ve 1000 adet ependorf tüp firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
9. Elektroforez sisteminin eğitim ve deneme çalışmalarında kullanılacak kitler, ilgili firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
10. Teklif veren firmalar şartname maddelerinin tamamına ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap verecektir. Bu cevaplar alımı yapılan kitler "..... marka ve bu kitlerin çalışmasının yapılabilmesi için firma tarafından bedelsiz olarak kurulacak
a. marka model cihaza ait teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi " başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından mühürlenip imzalanmış olacaktır. Bu cevaplar orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa, firma ihale dışı kalacaktır.
11. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifi red edilecektir.

Prof. Dr. Zeki ARI
C.B.U. Üyesi
Tıbbi Biyokimya ABD.
Öğretim Üyesi

1
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Habib ÖZDEMİR
Dip. Tes. No: 173452/140075

Doç. Dr. Yeşim Güvenc DEMİRAĞCI
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğr. Üyesi
Merkezi Laboratuvar Koordinatörü