

## PATOLOJİK İŞLEM GÖRMÜŞ BÜYÜK VE KÜÇÜK KATI ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Her iki çeşit kutu da tercihan kırmızı renkli kova ve geniş pasolu kapak (büyük kutu kapağı çapı en az 30 cm, küçük kutu kapağı çapı en az 25 cm) olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır.
2. Kutular polipropilenden mamul olmalıdır.
3. Büyük patolojik katı atık kutusunun hacmi en az 50 litre, küçük patolojik katı atık kutusunun hacmi 20±1 litre olmalıdır.
4. Her iki çeşit kutu da delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı nitelikte olmalıdır.
5. Her iki çeşit kutunun kapağı da kapatıldıktan sonra sıvı sızdırmaz nitelikte olmalıdır.
6. Her iki çeşit kutuda taşımayı kolaylaştırmak için iki taraflı tutamaç bulunmalıdır.
7. Her iki çeşit kutunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah renkli "DİKKAT! PATOLOJİK TIBBİ ATIK!" (UKA) sembolü bulunmalıdır.
8. Her iki çeşit kutu da yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde teslim edilmelidir.

Prof Dr Aydın İŞİSAĞ  
Patoloji AD Öğretim Üyesi