

## 10/0 NYLON MONOFİLAMENT SÜTÜR

1. AU-1 tipinde, 3/8 daire, iğne kalınlığı 0.15 mm. 6.00 veya 6.19 mm. uzunluğunda 2 adet iğneye sahip; 30 cm.'lik siyah renkte monofilaman 10/0 naylon olmalı ve bu bilgiler ürünün üzerinde veya orijinal kataloğunda yazılı olmalıdır.
2. Ürünler çift steril ambalajda olmalıdır.
3. Sütür sterilizasyonu koruması için aleminyum veya karton poşette olmalıdır ve karton poşetler jelatinle kaplanmış olmalıdır.
4. İç ambalaj özel laklı kağıt ve pvc'den bilister olarak dış ambalaj ise bir yüzü şeffaf diğer yüzü özel laklı kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
5. İç aleminyum folyo /karton ambalaj işareteli açılma yerinden açıldığında iğnenin portegü ile tutulması için kapak açıldığında /yırtıldığında iğne görülebilmelidir.
6. Ürünün paketi üzerinde ubb kodu, iğne modeli, iğne daire ölçüsü, sütürün kaç cm olduğu yazılı olmalıdır. bu yazılar yapıştırma sticer olmamalıdır.
7. İğne kolayca eğilmemeli, sütür cerrahi işlemde zorluk yaratacak şekilde kolayca kopmamalıdır , yeterli mukavemete sahip olmalıdır.
8. İstendiği taktirde sütür denenmek üzere numune verilebilmelidir
9. Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.
10. Sağlık bakanlığı UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ. Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes.No:130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTAR I	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID	TAŞINIR KODU
1	NYLON 10/0 KORNEAL SÜTÜR	100	ADET	KAPSAM DIŞI	5813	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ. TIP Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip. Tes.No:130161