

BI-DRECTİONAL RF ABLASYON KATETERİ
(KR1043)

1. Kateter 4 elektrodlu olmalıdır.
2. Kateter elektrod dizilimi 1-7-4 şeklinde olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 115cm olmalıdır.
4. Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlamalıdır.
5. Kateter üzerinden RF enerji verilebilmelidir.
6. Kateter kalınlığı 7F olmalıdır.
7. Kateter uç elektrodu 4mm olmalıdır.
8. D-F ve F-J olmak üzere bi-directional farklı curve seçeneklerine sahip olmalıdır.

Doç.Dr. Bekir Serhat YILDIZ
CBÜ Tıp Fakültesi
Kardiyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 8792-119810
Dip.No: 11111